

Председателю КЗ МГИ

Копия главному внештатному  
специалисту по УЗД КЗ МГИ

обоснование закупки.

1. Перечислить задачи, для решения которых закупается аппарат и спектр планируемый исследований на покупаемом аппарате с учетом стоящих задач: кардиология, исследования сосудов, брюшная полость, урология, поверхностные органы, гинекология, акушерство, исследования суставов, транскраниальные исследования, трансректальные, трансвагинальные исследования, чрезпищеводные исследования сердца, интраоперационные исследования, исследования в объемных режимах.
2. Указать модель покупаемого ультразвукового аппарата (стационарный, портативный) и класс (средний, высокий, экспертный). Для высокого и экспертного необходимо указать целесообразность приобретения дорогостоящей аппаратуры импортного производства. Обосновать с учетом уже имеющихся аппаратов, количества ставок, закрепленного населения, количества родов и т.д.. Перечислить спектр проводимых исследований в настоящее время, указать наличие подготовленных специалистов по УЗД.
3. Прописать технические характеристики (кратко), режимы работы аппарата и специальное программное обеспечение. Для этого необходимо использовать типовые технические задания, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь и размещенные на сайте КЗ МГИ в рубрике «Специалистам – Общество врачей УЗД - Закупки».
4. Перечислить требуемые датчики с характеристиками (пример: линейный датчик для исследования поверхностных органов и сосудов, диапазон частот 7-12 МГц, апертура 40-50 мм, режимы работы, указать необходимость наличия биопсийных насадок).
5. Указать Ф.И.О., мобильный и служебный телефоны ответственного за закупку врачу ультразвуковой диагностики Вашего учреждения, который составит данный документ.
6. Подписывает обоснование закупки главный врач учреждения. Документ подается для регистрации в КЗ МГИ, копия передается главному внештатному специалисту по УЗД.

Главный внештатный специалист  
по ультразвуковой диагностике  
комитета по здравоохранению  
Мингорисполкома

Тарасик И. Н.